IDENTITÉS

Redresse-dos électrique

Réf. 823068

NOTES IMPORTANTES :

ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE COMPRENDRE PARFAITEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
VEUILLEZ LES CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ : CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE LAISSÉES AU CLIENT/UTILISATEUR DU REDRESSE-DOS AFIN QU'IL PUISSE LES CONSULTER SI NÉCESSAIRE.

Une évaluation des risques doit être effectuée quant à l'adéquation de ce produit, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. Les risques suivants doivent être pris en compte : piégeage des doigts, des parties du corps ou des tissus.

--Le produit a-t-il été installé sur le lit en toute sécurité ?
--Sa charge utile de sécurité est-elle appropriée ?
--La détérioration de la santé de l'utilisateur nécessitera-t-elle d'autres examens réguliers ?
--Tenez-vous à l'écart des pièces mobiles et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction lors de la descente ou de la montée du redresse-dos.
--Assurez-vous que vous avez lu et compris ces instructions, y compris le glossaire des symboles.
--Assurez-vous qu'une inspection du redresse-dos est effectuée régulièrement.
--Ne laissez pas les enfants jouer avec le redresse-dos.
--Ne dépassez pas la charge de travail sûre (SWL) de 80 kg.

Contenu



Contrôler le contenu du carton:

1. Base du redresse-dos
2. Matelas capitonnage
3. Adaptateur secteur
4. Commande
5. Sangle de sécurité
6. Pad Cover
7. Manuel d'utilisation









Utilisation

Le lève-dos est conçu pour être placé sur le lit en fonction des besoins de l'utilisateur.

Sur un lit simple, l'unité est placée au centre ou légèrement sur le côté, à l'extrémité de la tête du lit.


Sur un lit large, l'unité est placée sur le côté de l'utilisateur du lit, à l'extrémité de la tête du lit. La sangle fournie peut être utilisée pour une stabilité et une sécurité supplémentaires. Le redresse-dos soulève le haut du corps d'un utilisateur, dont le poids total ne dépasse pas 80 kg, de 2º à 80º. Il est actionné par une commande manuelle à deux boutons et est fourni avec deux draps-housses et une pochette d'oreiller sur mesure.


Montage

1. Fixation

1.1 Placez le redresse-dos sur le lit, avec le cadre en bas et la poignée vers le haut.

1.2 Faites correspondre la connexion de la commande avec celle de l'adaptateur, puis connectez l'autre extrémité dans la connexion du transformateur. Branchez le câble d'alimentation sur le transformateur et branchez la prise au secteur.






1.3 Placez l'adaptateur à plat au sol ou sous le lit.









2. Commande

Le mouvement est obtenu en appuyant sur les touches "haut" ou "bas" situées sur la commande.



3. Maintenance

3.1 Si une sangle fixe est usée, vérifiez régulièrement le serrage de la sangle pour vous assurer qu'elle est stable

3.2 Veuillez vérifier la position du redresse-dos avant chaque utilisation et vous assurer qu'il est placé correctement

3.3 Veuillez nettoyer régulièrement la surface de la base pour empâcher la formation de salissures

3.4 Veuillez vérifier l'intégrité du cordon d'alimentation, de l'alimentation électrique ou du transformateur tous les six mois

3.5 Veuillez vérifier régulièrement les composants du moyeu de la base et du cadre tous les six mois, les réparer ou les remplacer

3.6 Veuillez procéder à une inspection approfondie, une réparation ou un remplacement des produits chaque année

3.7 Veuillez vérifier la batterie de secours tous les 3 mois, soulevez le dossier à une position située à 15 cm du sol, puis débranchez l'alimentation électrique, appuyez sur le bouton de descente de la télécommande, si la position du dossier ne descend pas, vous devez remplacer la batterie

4. Dépannage

Problème rencontré	Cause	Action
La commande ne répond pas	1. La prise du cordon d'alimentation n'est pas branchée 2. La prise n'est pas sous tension 3. La fiche de la commande est débranchée ou défectueuse	Branchez la prise Branchez d'autres appareils dans la prise pour confirmer Vérifiez la connexion de la fiche de la commande
Un bruit est émis pendant le fonctionnement	1. Veuillez confirmer d'où vient le bruit 2. Un corps étranger a pénétré dans la partie mouvante	S'il s'agit d'une partie active, ajoutez de l'huile lubrifiante. Enlever le débris
Le moteur réagit lorsqu'il n'est pas en fonctionnement	1. L'interrupteur de la commande manuel est défaillant 2. Whether to set the linkage function	Coupez l'alimentation électrique et signalez le problème au service de maintenance Weight function

5. Caractéristiques techniques

5.1 Dimension du support matelas : 610mm x 750 mm

5.2 Dimensions de la base : 610mm x 780mm

5.3 Matelas : 1100mm x 750mm

5.4 Angle du redresse-dos : 1 º à 85º

5.5 Alimentation : 220V, 50Hz

5.6 Poids maximal autorisé : 80kg

5.7 Poids net : 13kg

8.8 Puissance : 400VA

Distribué par :
Identités
Boulevard de la Chanterie
49124 Saint Barthélémy d'Anjou

IDENTITÉS

Back pillow lifter

Item 823068

IMPORTANT NOTES

ENSURE THESE INSTRUCTIONS ARE READ AND FULLY UNDERSTOOD BEFORE USE.
PLEASE KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
HEALTH AND SOCIAL SERVICES ISSUERS -THESE INSTRUCTIONS SHOULD BE LEFT WITH THE
CLIENT / USER OF THE PILLOW LIFTER TO CONSULT AS REQUIRED.

--A risk assessment must be carried out as to the suitability of this product particularly with new users.
The following risks should be considered: Entrapment of fingers, body parts or tissue.

--Has the product been fitted to the bed safely?
--Is its Safe Working Load appropriate?
--Will user ' s health deterioration require further regular reviews?
--Keep clear of moving parts and make sure there are no obstructions when lowering or raising the Back Lifter.
--Ensure that you have read and understood these instructions, including the glossary of symbols.
--Ensure that an inspection of the Back Lifter is carried out on a regular basis.
--Do not allow children to play with the Back Lifter.
--Do not exceed the safe working load (SWL) of 80kg

Contents



Check the contents of the carton:

1. Back Lifter Base
2. Mattress Pad
3. Adapter
4. Controller
5. Fasten Band
6. Pad Cover
7. Users Manual






Brief


The Back Lifter is designed to be placed on the bed to suit the requirements of the user.
On a single bed the unit is placed centrally or slightly to one side, at the head end of the bed.
On a wide bed the unit is placed on the user ' s side of the bed at the head end of the bed. The supplied strap may be used for additional stability and security. The Back Lifter will lift the upper body of a user, with a maximum total body weight 80kg, from 2 ° to 80 ° . It is operated by a two-button hand control, and supplied with two fitted sheets with tailored pillow pocket.


Assembly

1. Fasten

1.1 Place the Back Lifter on the bed, with the frame down and actuator facing up.

1.2 Insert the remote control connection line and landing gear connection line into the corresponding hole position in the adaper, and put the connection line into the wiring harness position on the adaper.





1.3 Place the adaper flat on the floor or under the bed;



2. Controller

3.1 Control functions are achieved by pressing the "up" or "down" keys above the remote control



3. Maintenance

5.1 If a fixed strap is used, check the tightness of the strap regularly to ensure that it is stable;

5.2 Please check the position of the electric backrest before each use and whether it is placed correctly;

5.3 Please regularly wipe the surface of the landing gear with dust or dirt;

5.4 Please check the integrity of the power cord, power supply or transformer regularly every six months;

5.5 Please check the landing gear hub components regularly every six months, repair or replace them;

5.6 Please conduct a thorough inspection, repair or replacement of the Products annually;

5.7 Please check the backup battery every 3 months, raise the backrest to a position 15 cm above the ground, then unplug the power supply, press the remote control down button, if the position of the backrest does not drop, you need to replace the battery;

4. Troubleshooting methods

Problem	Cause	Action
The controller does not respond	1. The plug of the power cord is not plugged in 2. Whether the outlet is energized 3. Whether the manual controller plug is connected	Plug the plug in Plug in other appliances in the outlet to confirm Check the manual controller plug
A noise is emitted during operation	1. Please confirm where the murmur is coming from 2. Whether there is a foreign object entering the drive 3. Whether the auxiliary wake-up machine is placed smoothly	If it is an active part, add lubricating oil Remove debris
The motor reacts when not in operation	1. Whether the hand button switch fails 2. Whether to set the linkage function	Turn off the power supply and report it to the maintenance department Weight function

5. Parameters

6.1 Backplate: 610x750mm

6.2 Base frame: 610mmx780mm

6.3 The mattress: 1100x750mm

6.4 Backplate folding angle: 1 ° −85°

6.5 Supply voltage: 220V, 50Hz

6.6 The backplate max load: 80kg

6.7 Net weight: 13kg

6.8 Input power: 400VA

6.9 Current: 2A

Distributed by :

Identités
Boulevard de la Chanterie
F-49124 Saint Barthélémy d'Anjou
France

IDENTITÉS

Elevador de almohada

Réf. 823068

Instrucciones de montaje y uso seguro


NOTAS IMPORTANTES

ASEGÚRESE DE LEER Y COMPRENDER COMPLETAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

POR FAVOR, GUÁRDELAS EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS.
EMISORES DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES -ESTAS INSTRUCCIONES DEBEN DEJARSE EN MANOS DEL CLIENTE/USUARIO DEL ELEVADOR DE ALMOHADA MEDECI PARA CONSULTAR SEGÚN SEA NECESARIO.

-Se debe llevar a cabo una evaluación de riesgos en cuanto a la idoneidad de este producto, especialmente con los nuevos usuarios. Deben tenerse en cuenta los siguientes riesgos: Atrapamiento de dedos, partes del cuerpo o tejidos.
--¿Se ha instalado el producto en la cama de forma segura?
--¿Es adecuada su carga de trabajo?
--¿El deterioro de la salud del usuario requerirá nuevas revisiones periódicas?
-Manténgase alejado de las piezas móviles y asegúrese de que no hay obstáculos al bajar o subir el Elevador de almohada.
-Asegúrese de haber leído y comprendido estas instrucciones, incluido el glosario de símbolos.
-Asegúrese de que se realiza una inspección del elevador de forma regular.
-No permita que los niños jueguen con el elevador de espalda.
-No exceda la carga de trabajo segura (SWL) de 80kg

Contenido



Compruebe el contenido de la caja:

1. Base del elevador de almohada
2. Acolchado
3. Adaptador
4. Controlador
5. Banda de fijación
6. Cubierta de la almohada
7. Manual del usuario



En breve


El elevador de espalda está diseñado para ser colocado en la cama según las necesidades del usuario. En una cama individual, la unidad se coloca en el centro o ligeramente hacia un lado, en la cabecera de la cama. En una cama ancha, la unidad se coloca en el lado de la cama del usuario, en la cabecera de la cama. Se puede utilizar la correa suministrada para mayor estabilidad y seguridad. El elevador de almohada levantará la parte superior del cuerpo de un usuario, con un peso corporal total máximo de 80 kg, de 2° a 80°. Se maneja con un mando de dos botones y se suministra con dos fundas ajustables con bolsillo para almohada.


Montaje

1. Fijación

1.1 Coloque el elevador en la cama, con el marco hacia abajo y el actuador hacia arriba.

1.2 Inserte la conexión del control remoto en la posición del agujero correspondiente en el adaptador, y el resto de las conexiones como se muestra en las imágenes.






1.3 Coloca el adaptador en el suelo o debajo de la cama;









2. Controlador

3.1 Las funciones de control se consiguen pulsando las teclas "arriba" o "abajo" del mando a distancia



3. Mantenimiento

5.1 Si se utiliza una correa fija, compruebe regularmente el apriete de la correa para asegurarse de que es estable;

5.2 Por favor, compruebe la posición del respaldo eléctrico antes de cada uso y si está colocado correctamente;

5.3 Por favor, limpie regularmente la superficie del tren de aterrizaje con polvo o suciedad;

5.4 Compruebe regularmente cada seis meses la integridad del cable de alimentación, de la fuente de alimentación o del transformador;

5.5 Por favor, revise los componentes del cubo del tren de aterrizaje regularmente cada seis meses, repárelos o sustitúyalos;

5.6 Le rogamos que realice una inspección exhaustiva, reparación o sustitución de los productos anualmente;

5.7 Por favor, compruebe la batería de reserva cada 3 meses, eleve el respaldo a una posición de 15 cm por encima del suelo, luego desenchufe la fuente de alimentación, pulse el botón de bajada del mando a distancia, si la posición del respaldo no baja, necesita cambiar la batería;

4. Métodos de resolución de problemas

Problema	Causa	Acción
El controlador no responde	1. El enchufe del cable de alimentación no está enchufado 2. Si la toma de corriente está energizada 3. Si el enchufe del controlador manual está conectado	Enchufe el conector Conecte otros aparatos en la toma de corriente para confirmar Compruebe el enchufe del controlador manual
Se emite un ruido durante el funcionamiento	1. Por favor, confirme de dónde viene el ruido 2. Si hay un objeto extraño que entra en la unidad 3. Si la máquina auxiliar de despertar se coloca sin problemas	Si se trata de una parte activa, añadir aceite lubricante Retirar los residuos
El motor reacciona cuando no está en funcionamiento	1. Si el interruptor del botón manual falla 2. Si se establece la función de enlace	Apagar la fuente de alimentación e informar al departamento de mantenimiento Función de peso

5. Parámetros

6.1 Placa base: 610 x 750 mm

6.2 Marco base: 610mm x 780mm

6.3 El colchón: 1100 x 7500mm

6.4 Ángulo de plegado de la placa posterior: 1 °-85°

6,5 Tensión de alimentación: 220V, 50Hz

6.6 La carga máxima de la placa trasera: 80kg

6,7 Peso neto: 13 kg

6,8 Potencia de entrada: 400VA

6,9 Corriente: 2A

Distribué par :
Identités
Boulevard de la Chanterie
49124 Saint Barthélémy d'Anjou
France